

大津市立小中学校自動体外式除細動器（AED）等賃貸借 2（リース）に関する質問の回答

入札参加者 各位

令和 8 年 6 月 15 日

大津市長

標記入札に係る質問書の提出がございましたので、下記のとおり回答します。

番号	質問に関する事項の記載箇所	質問事項	回答
1	入札説明書内 1. 競争入札に付する事項 (6) その他	三者賃貸方式の契約とありますが、納入・賃貸業者が同一の場合、二者間契約でもよろしいでしょうか。	二者間契約は不可です。
2	仕様書 5. 表中 1-(1)-⑦	「電源が入ると・・・リズム音もスタートすること」とありますが、胸骨圧迫の必要なタイミングでリズム音をスタートさせる機能を有したものでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	仕様書 5. 表中 その他条件②	「万一、修理が必要となった場合は、連絡後 2 時間以内に現場対応すること。」とありますが、2 時間以内に電話対応でよろしいでしょうか。	原則、現場対応が必要です。 ただし、故障具合や所在地等状況により、2 時間以内に電話対応を行った上で、それ以降、迅速に現場対応を行うなどもあり得ると考えます。
4		契約満了時には機械を返却でよろしいでしょうか。	契約書案に記載しているとおり、無償譲渡を条件としています。
5	契約書案 第 13 条	付保する動産総合保険は、ソフトウェア及び地震・津波・噴火等の天災は保険事故の対象外とし、屋内（建物内）での物件の使用を前提とする、賃貸借期間で逡減する一般的な動産総合保険でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

6	契約書案 第24条	満了後は無償譲渡につき、固定資産税等について落札業者は負担しないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	仕様書 5.表中 1-(1)-⑫	時刻同期が必要とのことであるが、使用時に AED の稼働時間をレスキューデータに反映するでもよいか。	お見込みのとおりです。
8	仕様書 5.表中 1-(1)-⑭	リモート監視の要否について記載がないが必要か。	リモート監視は不要とします。 仕様書 5.表中 1-(1)-⑭についての記載を削除しました。