

真野北市民センターほか自動体外式除細動器（AED）等賃貸借（リース）の入札 に係る質問に対する回答

令和8年7月3日

入札参加者各位

大津市長 佐藤 健司

標記入札に係る質問書の提出がございましたので、下記のとおり回答します。

	質問に関する 事項の記載箇所 (仕様書の頁等)	質問	回答
1	契約書案-第13条	付保する動産総合保険は、ソフトウェア及び地震・津波・噴火等の天災は保険事故の対象外とし、屋内（建物内）での物件の使用を前提とする、賃貸借期間で逡減する一般的な動産総合保険でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書 7.仕様表内⑥	「電源が入ると・・・リズム音もスタートすること」とありますが、胸骨圧迫の必要なタイミングでリズム音をスタートさせる機能を有したものでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。胸骨圧迫の際にリズム音（1分間に100～120回のピッチ音）が流れる機能を有している必要があります。
3	仕様書 7.仕様表内2 付属物品(3) レスキューキット	レスキューキット内訳にカミソリとありますが、脱毛テープでも可能でしょうか。救命時カミソリですとパッド貼り付け箇所の体表を傷つけてしまうリスクがあり、万が一出血した際にはパッドを貼り付けできず、心電図の解析が進まない可能性があります。	付属物品として求めているのはレスキューキットであり、ハサミ等はその内訳の例示です。レスキューキットの内訳として例示されたもの、もしくはその代替となるものが必要となります。

4	仕様書 7.仕様表 内2 付属物品 (7) AED収納ボックス ②	「視認性に優れ、・・・」とありますが、固定バンドがありま すと瞬時にAEDを取り出すことができず救命の妨げになる可 能性がございます。また弊社のAEDボックスはボックス内の スペースを十分確保しており、転落等の危険性は低いと考え ますので、固定バンドが必須でなくてもよろしいでしょう か。	固定バンドは安全性に優れていることを示す例の一つであ り、必須ではありません。 ただしボックス内のスペースを十分確保する等、その他の 代替手段によって安全性を確保する必要があります。
---	--	---	--