

同 等 品 確 認 申 請 書

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

1. 物品名等	物品名	水質監視装置	
	納入場所	水再生センター (大津市由美浜1番1号)	
	同等品確認申請締切日時	令和6年4月23日(火)	午後5時00分
	開札日時	令和6年5月17日(金)	午前9時30分
2. 同等品について	品名・番号		
	メーカー		
		物品仕様	
	1 形式	: 自立型またはスタンド型	(適合・不適合)
	2 機器構成	検出器、変換器、圧力計、電磁弁、流量計、表示部、その他必要なもの	(適合・不適合)
	3 測定水	: 下水再生水(下水二次処理後ろ過水)	(適合・不適合)
	4 測定項目	: 濁度・色度・残留塩素濃度	(適合・不適合)
	5 設置場所	: 屋内(組立局舎内)	(適合・不適合)
	6 測定方式	2光路透過光演算比較方式または透過光測定2波長2光路方式(濁度・色度)、ポーログラフ法(残塩)	(適合・不適合)
	7 出力	アナログ(DC4~20mA): 濁度、色度、残留塩素濃度、接点出力: 濁度上限値異常、色度上限値異常、残塩下限・上限、装置異常、保守中	(適合・不適合)
	8 電源	: AC100V	(適合・不適合)
	9 測定範囲	: 濁度: 0~10度、色度: 0~10度、残留塩素濃度: 0~3mg/L	(適合・不適合)
	10 測定精度(繰返性)	: 濁度: ±2%FS以下、色度: ±5%FS以下、残留塩素濃度: ±5%以下	(適合・不適合)
11 その他	: 自動校正機能(濁度・色度)	(適合・不適合)	
12 付属品	装置固定金具(スタンド型の場合はスタンド含む)、アレスタ(信号用)	(適合・不適合)	
3. 担当課 確認欄	上記の物品を同等品として確認しました。 令和 年 月 日 確認者 水再生センター ㊞		

※参考機種以外で入札に参加を希望される場合は、仕様書に基づき、必ずこの申請書を提出締切日時までに、郵送又は持参してください。

※同等品の**カタログ等**を必ず添付してください。

提出責任者・担当者氏名及び連絡先	
提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	