

同 等 品 確 認 申 請 書

所在地
商号又は名称
代表者職氏名

1. 件名等	件 名	可搬式自動採水器	
	納入場所	水再生センター（大津市由美浜1番1号）	
	同等品確認申請書締切日時	令和 7 年 6 月 1 7 日（火） 午後 5 時 0 0 分	
	開札日時	令和 7 年 7 月 1 日（火） 午前 1 0 時 0 0 分	
2. 同等品	品名・番号		
	メーカー		
	規格・仕様等	機器性能について	
		① 採水方式	:真空圧採水 (適合 ・ 不適合)
		② 主要部材	:外装SUS304 (適合 ・ 不適合)
		③ 1回の採水量	: 50～1000mℓ (適合 ・ 不適合)
		④ 揚 程	: 8.5m (適合 ・ 不適合)
		⑤ 採水精度	: ±2%以内 (適合 ・ 不適合)
		⑥ 採水速度	:横引き3m、揚程6.2m、で0.9m/s以上 (適合 ・ 不適合)
		⑦ コントローラ	: TFTタッチパネルによるプログラム設定 (適合 ・ 不適合)
		⑧ データログ	: 採水時刻、アナログ信号レベル、採水エラー等の有無記録 (適合 ・ 不適合)
		⑨ 採水試料庫	: 冷蔵保存式 (適合 ・ 不適合)
			採水ボトルはディスクリート採水時2ℓ×24本を収納 (適合 ・ 不適合)
			コンポジット採水時30ℓ×1本を収納 (適合 ・ 不適合)
		⑩ その他機能	: 換気扇、霜取りタイマー、温度調節器、サービソコンセント (適合 ・ 不適合)
			キャスター (適合 ・ 不適合)
		⑪ 適用仕様書	: 日本下水道事業団 電気設備工事一般仕様書 (適合 ・ 不適合)
		⑫ 電 源	: AC100V／60Hz、プラグ付 (適合 ・ 不適合)
		付属品について	
		採水ボトル	: 2ℓ×24本及びボトルケース、30ℓ×1本 (適合 ・ 不適合)
		採水ホース	: 本器の設置に必要な長さの耐圧ビニルメッシュホース(10m) (適合 ・ 不適合)
その他			
取り扱い説明書		: 日本語版 (適合 ・ 不適合)	
3. 担当課	上記の物品を確認しました。		
確認欄	☐ 仕様に合致します。		
	☐ 仕様に合致しません。		
	令和 年 月 日 確認者 水再生センター		

※参考機種以外で入札に参加を希望する場合は、必ずこの申請書を郵送又は持参し確認を受けてください。

※申請する同等品のカタログ等を必ず添付してください。

提出責任者・担当者氏名及び連絡先	
提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	