

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

1. 件名等	件 名	液体クロマトグラフ質量分析計	
	同等品確認申請締切日時	令和 8 年 1 0 月 8 日（木） 午後 5 時 0 0 分	
	開札日時	令和 8 年 1 0 月 2 3 日（金） 午前 9 時 3 0 分	
2. 同等品	品名・番号		
	メーカー		
	規格・仕様等	機器仕様	
		(1)液体クロマトグラフ	
		①ポンプが仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		②オートサンプラーが仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		③カラムオープンが仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		(2)切替えバルブ	
		仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		(3)質量分析計	
		①MRM分析が可能なコリジョンセル機能（Arガス）を有するタンデム四重極型であるか。	（適合 ・ 不適合）
		②ESI法及びAPCI法が使用できるか。	（適合 ・ 不適合）
		③正イオンモード及び負イオンモードの同時分析（ネガポジ分析）が可能であるか。	（適合 ・ 不適合）
		④ブローブ又はユニットの交換でESI及びAPCIが切替えできるか。	（適合 ・ 不適合）
		⑤質量範囲は10～2,000 m/zの範囲を満たしているか。	（適合 ・ 不適合）
		⑥スキャン速度は15,000Da(u)/sec以上であるか。	（適合 ・ 不適合）
		⑦感度はESIポジティブモードでレセルビン1pg注入時にS/N比 500,000以上であるか。	（適合 ・ 不適合）
		⑧自動チューニングが可能であるか。	（適合 ・ 不適合）
		⑨イオン源の脱溶媒ガスは400℃まで設定できるか。	（適合 ・ 不適合）
		⑩イオンの引き込み部は、分析部の真空を解除せずに容易にメンテナンスができるか。	（適合 ・ 不適合）
		(4)窒素ガス発生装置	
		仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		(5)システム制御及びデータ解析装置	
		仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		(6)パソコン等	
		仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		(7)付属品	
		仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）
		納入条件	
	仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）	
保証			
仕様書に記載の仕様を満たすか。	（適合 ・ 不適合）		

※参考品以外で入札に参加を希望する場合は、必ずこの申請書を提出し確認を受けてください。
※申請する同等品のカタログ等を添えてください。

担当課 確認欄	上記の物品を確認しました。		※内容を確認後、担当課の 「受付印(丸印)」を押す。 (日付は確認日)
	☐ 仕様に合致します。		
	☐ 仕様に合致しません。		

提出責任者・担当者氏名及び連絡先

提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	

契約管財課 受付印