別紙１

同 等 品 確 認 申 請 書

令和８年　　月　　日

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

１．件名等	件　　名	超純水製造装置
	同等品確認申請締切日時	令和８年１２月２日（水）　午後５時００分
	開札日時	令和８年１２月１８日（金）午前９時４５分
２．同等品	品名・番号	
	メーカー	
	規格・仕様等	要件
		空試験及び定量下限値の測定に影響を及ぼさない水質の精製水を製造及び供給可能か。（適合 ・ 不適合）
		部品供給及び機器修理の対応が可能な製品か。（適合 ・ 不適合）
		機器仕様
		(1)純水製造部
		①水道直結方式であるか。（適合 ・ 不適合）
		②圧力調整が可能か。（適合 ・ 不適合）
		③製造方式は、“プレフィルター＋逆浸透膜処理（RO膜）＋イオン交換方式”、
		又は同等以上の性能を備えているか。（適合 ・ 不適合）
		④純水製造速度は5 L/h以上であるか。（適合 ・ 不適合）
		⑤純水の水質はJIS K0557「用水・排水の試験に用いる水」のA3以上か。（適合 ・ 不適合）
		(2)純水貯蔵用タンク
		①容量50 L以上あるか。（適合 ・ 不適合）
		②採水は純水用ディスペンサーから行えるか。（適合 ・ 不適合）
		③貯蔵する純水の劣化を防ぐための機能を有するか。（適合 ・ 不適合）
		(3)超純水製造部
		①製造方式は“イオン交換＋UV＋最終フィルター”、
		又は同等以上の性能を備えているか。（適合 ・ 不適合）
		②採水は超純水用ディスペンサーから行えるか。（適合 ・ 不適合）
		③超純水の水質は、JISK0557「用水・排水の試験に用いる水」A4以上か。（適合 ・ 不適合）
		④仕様書記載の別表1に挙げた検査項目の分析に適しているか。（適合 ・ 不適合）
		⑤超純水の水質（比抵抗及びTOC）がモニタリング可能か。（適合 ・ 不適合）
		(4)純水用ディスペンサー
		①採水量は1 L/min以上であるか。（適合 ・ 不適合）
		②孔径0.22 μm以下の最終フィルターを有するか。（適合 ・ 不適合）
		③装置本体から2 m程度離れた位置でも使用できるか。（適合 ・ 不適合）
		④採水スピードが可変式であるか。（適合 ・ 不適合）
		(5)超純水用ディスペンサー
		①採水量は1 L/min以上であるか。（適合 ・ 不適合）
		②孔径0.22 μm以下の最終フィルターを有するか。（適合 ・ 不適合）
		③装置本体から2 m程度離れた位置でも使用できるか。（適合 ・ 不適合）
		④採水スピードが可変式であるか。（適合 ・ 不適合）
		(6)電源
		仕様書に記載の仕様を満たすか。（適合 ・ 不適合）
		(7)その他
		①漏水検知器が付いているか。（適合 ・ 不適合）
		②定量採水が可能か。（適合 ・ 不適合）
		納入条件
		仕様書に記載の仕様を満たすか。（適合 ・ 不適合）
		保証
		仕様書に記載の仕様を満たすか。（適合 ・ 不適合）

※参考品以外で入札に参加を希望する場合は、必ずこの申請書を提出し確認を受けてください。
※申請する同等品のカタログ等を添えてください。

担当課 確認欄	上記の物品を確認しました。 □ 仕様に合致します。 □ 仕様に合致しません。		※内容を確認後、担当課の「受付印(丸印)」を押す。 （日付は確認日）

契約管財課 受付印

提出責任者・担当者氏名及び連絡先

提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	