

回答書

令和 7 年 8 月 1 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時	令和 7 年 8 月 29 日 9 時 45 分
品名	ガスクロマトグラフ質量分析計

	質問	回答
1	仕様書の4(3)⑦にオイルフリーポンプとありますが、ロータリーポンプではダメでしょうか	4(3)⑦の「真空ポンプ」は、主(高真空)ポンプ及び補助(低真空)ポンプを指しています。ロータリーポンプはオイルを使用するポンプであり、オイルフリーポンプではないため、仕様を満たしません。
2		
3		
4		
5		