

回答書

令和 8 年 10 月 2 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時	令和 8 年 10 月 23 日 9 時 30 分
件 名	液体クロマトグラフ質量分析計

	質問	回答
1	仕様書 3 要件で、PFASについて告示法については、何倍濃縮を想定されていますか	告示法で示されているとおり10～1000倍濃縮の範囲内を前提としますが、参考として現在は500倍濃縮しており、500倍以内の濃縮倍率を想定しております。
2		
3		
4		
5		