

回答書

令和 6 年 4 月 26 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時 令和 6 年 5 月 17 日 10 時 10 分

品名 再生水等供給に係る電磁流量計

	質問	回答
1	物品仕様書内、「3.物品仕様 (1)下水処理用流量計 カ.付属品」および「3.物品仕様 (2)再生水用流量計 カ.付属品」について、レジューサーが必要かどうか判断するために既設の配管図を閲覧することは可能ですか。	電磁流量計の検出器の両端の配管は、再生水用と下水処理水共に呼び径75のHIVPです。なお、電磁流量計は新設設備で使用するため、既設の配管図はありません。
2		
3		
4		