

# 流 方 向 計 仕 様 書

## 1 仕様・数量

- ・流方向計（参考機種：フジテコム製「FLD-200」）

適用配管口径  $\phi 75\text{mm} \sim \phi 1000\text{mm}$

使用温度範囲  $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

測定可能流速範囲  $5\text{ cm/sec} \sim 254\text{ cm/sec}$

測定値記録範囲  $-254\text{ cm/sec} \sim 254\text{ cm/sec}$

保護等級 IP68 準拠

- ・数量

1台

## 2 構成品

表示器本体、指示板表示器シャフト、センサーシャフト、中継シャフト（200,300,400,800mm各1本）、挿入用ハンドル（2本）、シャフト取外し用ハンドル治具（2本）、危険防止用チェーン、チェーン止め金具、接続ケーブル、取扱説明書（簡易取扱要領書含む）、保証書、専用収納ケース、六角レンチ、RS-232Cケーブル（クロス結線）

## 3 機能

- ・シャフトが継足式であり、挿入長変更が可能であること。
- ・全天候型であり、本体部、センサ一部共に防水構造（保護等級 IP68）であること。
- ・電源が乾電池で動作、記録が可能であること。
- ・記録測定データは、本市所有のPC解析ソフトウェア「DLS-WS」にて処理が可能であること。

## 4 同等品について

参考機種以外で入札される場合は、入札参加申請までに「同等品確認申請書」（別紙1）並びに提案機器の仕様が確認できるカタログを水道計画管理課まで提出し、確認を受けること。

### 【同等品確認申請書の取り扱い等】

- ア 水道計画管理課は「同等品確認申請書」を速やかに確認し、申請者にその結果を電話、ファックス又はメールのいずれかの方法で連絡するとともに、「同等品確認申請書（確認後）」の写しを渡す。
- イ 水道計画管理課は、「同等品確認申請書（確認後）」の原本を契約管財課に渡す。
- ウ 申請者は、申請した機器が仕様と合致する場合、「一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書（様式1）」を提出することができる。（入札参加確認申請書提出時に、同等品確認申請書（確認後）の写しの添付は不要。）なお、申請した機器が本市の求める仕様に合致しない場合、入札に参加できない。
- エ 契約管財課は、申請者から「一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書（様式1）」の提出があった場合、「同等品確認申請書（確認後）」の原本と合わせて入札関係書類とする。
- オ 「同等品確認申請書（確認後）」の原本は返却しない。

## 5 その他

- ・納入後、2週間以内に機器の取扱い操作に関する講習会を実施すること。  
なお、これらに要する費用は、すべて納入者負担とする。
- ・機器について、試験成績書及び保証書を添付すること。

## 6 納入期日

令和8年3月25日（水）

## 7 納入場所

大津市役所 新館4階 大津市企業局 水道事業部 水道計画管理課