

仕 様 書

1. 購入品

① 卓上型濁度・色度計 1台

【指定品】 型式：WA7700(日本電色工業株式会社) * 同等品不可
(オプション)
・50mmフローセル・ロート仕様 一式

② ジャーテスター 1台

(仕様) ・二元(底面、背面)照射型
・オールステンレス
・ビーカー・架数 6個
・回転数検出方式 光学的非接触センサーによる電子計測方式
・攪拌回転数と精度 20~200r/min±6r/min-50/60HZ
(デジタル表示)
・タイマー(攪拌時間設定) アナログ型電子タイマー(分・秒ダイヤル設定)
2個付き(60分まで設定可能)
・モータ(AC田一タ) 25W
・蛍光灯(昼光色) 32W×2本
・薬液注入管 12本
・電源(AC) 100V-3A
・本体寸法(W×D×H) mm 1060×495×650以内
・質量 38kg程度
・電圧及び周波数 100V 60Hz

【参考品】 ジャーテスター L 型式：JMD-6L(宮本理研工業株式会社) * 同等品以上とする

2. その他

- ・送料含む
- ・据付調整後、機器の操作方法を説明すること。

3. 納品場所

八屋戸浄水場 2階 水質室(大津市八屋戸2320)

4. 納品期限

令和8年9月30日(水)まで