

AED 設置・登録事業者のみなさまへ

いざという時に備え、**AED** を点検しましょう！

いざという時、大切な命を救うために、日頃から以下の2点について AED を確認しましょう！

✓ **インジケータの確認**

AED には、正常に動くかどうかを示すためのインジケータ※が付いています。インジケータの表示を確認し、使用可能な状態であるか確認して下さい。

※AED の状態を確認するためのランプや画面（機種によって異なります。）

AED のインジケータの一例（写真は日本光電製 AED）



使用可能



要確認



おおつ光ルくん

✓ **消耗品の使用期限の確認・交換**

電極パッドやバッテリーには、使用期限や寿命があります。装着されている消耗品が使用期限内のものであるか確認して下さい。使用期限が切れているものは、正常に使用できない可能性があります。

※製造・販売会社から提供されている表示ラベルがある場合は、あわせて記載内容をご確認ください。

消耗品の使用期限記載例（写真は日本光電製 AED）



電極パッド

※予備のパッドの使用期限もご確認ください。



AED 裏面（底面）部分

バッテリー

※機種により装着されている場所や使用期限の記載が異なります。

○AED 設置事業所登録・公表制度に登録されている AED について、登録内容に変更が生じた場合は、裏面を参考に最寄りの消防署・分署、または警防課 救急高度化推進室までご連絡をお願いします。

○インジケータが「使用可能」の表示でない場合や消耗品の交換が必要な場合は、購入された代理店、製造・販売会社へお問い合わせください。



大津市消防局
Otsu Fire Department

AED 設置状況の把握にご協力をお願いします！

天津市では、令和7年7月から、AED 運搬支援アプリ（通称：AED GO）を運用しています。これは、スマートフォンのアプリを使用し、心停止疑いの事故が発生した際に、発生場所近隣の AED が救命ボランティア（アプリ登録者）の持つスマートフォンに表示され、救命ボランティアは、それをもとに AED を取得し現場へと搬送、救急隊到着までに AED の使用や心肺蘇生法を実施していただくものです。

心停止から救命する可能性は、1分遅れるごとに10%低下すると言われており、AED GO の活用による早期の AED 使用、心肺蘇生法の実施で救命の可能性は大きく高まると期待されます。

天津市では、AED 登録公表制度で「区分Ⅰ」に登録された AED をシステム登録していますが、このシステムを有効に活用するためには、登録する AED の情報が、常に最新の情報であることが求められます。

このことをご理解いただき、貴事業所等に設置されている AED について、設置状況に変更が生じた場合は、可能な限り早期に消防局へご連絡ください。

**AED 登録公表制度で「区分Ⅰ」に登録されている AED について
以下のような変更が生じた場合は、下記の連絡先までご連絡ください！**

- ① 事業所の名称変更
（例：〇〇株式会社→〇〇カンパニー など）
- ② 事業所の移転（住所変更）や AED 設置場所の変更
（例：AED の設置場所を事務室から玄関に移動した場合 など）
- ③ AED 設置台数の変更（増台や撤去）
（例：新たに1台 AED を設置した場合 など）
- ④ AED 設置事業所登録・公表制度の登録区分変更
（例：事業所の危険区域内に AED があるため、「区分Ⅰ」から「区分Ⅱ」へ変更する場合 など）
- ⑤ AED が使用できなくなった場合
（例：バッテリーの期限が切れ、AED のインジケータが異常を示している場合 など）
- ⑥ AED の使用可能時間の変更
（例：営業日や営業時間の変更があった場合 など）

※登録区分Ⅰ：施設の外へ持ち出して使用可能な AED（AED GO アプリに位置情報が表示されます。）

※登録区分Ⅱ：設置施設内でのみ使用可能な AED（AED GO アプリには表示されません。）

・ AED 設置事業所登録・公表制度、AED 設置事業所（区分Ⅰ）、AED GO についての詳しい情報は、右の QR コードから天津市消防局 HP をご確認ください。



<連絡先>

・ AED の設置状況の変更は、最寄りの消防署・分署、または警防課救急高度化推進室までご連絡ください。

・北 消 防 署	TEL：077-572-0119	E-mail：otsu2304@city.otsu.lg.jp
・志 賀 分 署	TEL：077-592-0119	E-mail：otsu2306@city.otsu.lg.jp
・中 消 防 署	TEL：077-525-0119	E-mail：otsu2303@city.otsu.lg.jp
・西 分 署	TEL：077-579-0119	E-mail：otsu2356@city.otsu.lg.jp
・南 消 防 署	TEL：077-533-0119	E-mail：otsu2302@city.otsu.lg.jp
・東 消 防 署	TEL：077-543-0119	E-mail：otsu2305@city.otsu.lg.jp
・警防課救急高度化推進室	TEL：077-525-9903	E-mail：otsu2363@city.otsu.lg.jp

<問い合わせ先>

・ AED 設置事業所登録・公表制度や AED GO に関するお問い合わせは、消防局警防課救急高度化推進室へお問い合わせください。