

令和5年度 読影判定不能(A判定)一覧(R6.1.22時点)

NO.	検診機関	R4実績 (件)	R3実績 (件)	A判定理由	再提出	再撮影	取り下げ	備考
1	A	25	17	肺尖部が切れている		○		
2	B	228	220	縦隔下部がつぶれて読めず	○			画像処理の不具合
3					○			
4					○			
5	C	145	154	肋骨横隔膜角部分が切れている		○		
6	D	141	138	肺野上部が切れている		○		
7	E	32		左CUAが切れている		○		
8	F	28	42	両側上中肺野がつぶれて読めず		○		
9	G	237	227	グリッドの裏表が逆ではないか		○		側彎
10				肺野左側が切れている		○		
11	H	148	129	左肋骨横隔膜角が切れている			○	
12	I	539	558	画質が悪い	○			画像処理の不具合
13	J	103	100	肋骨横隔膜角部分が切れている		○		
14	K	5	4	人定不可	○			JPEGでの提出。
15					○			
16	L	48	61	肺野下部・肋骨横隔膜角が切れている		○		
17	M	27	15	左肺野が特に読影不可			○	
18	N	313	343	右肋骨横隔膜角が切れている		○		
19	O	2		人工物(キャミソール?)が写っている		○		
20	P	148	187	白っぽい	○			画像処理の不具合
21				白っぽく上中肺野の読影不可	○			
22				白っぽい	○			
23	Q	54	25	白い。外側域。特に左肺が読影不可		○		特定のDrによるもの
24						○		
25	R	158	143	ネックレスが移っている		○		
26	S	33	37	アノテーション(心胸郭比の線)が入っている	○			画像処理して再提出
27	T	21	19	アノテーション(心胸郭比の線)が入っている	○			画像処理して再提出
28	U	119	114	縦隔や心陰影に重なった部分が読影不可	○		○	再撮影を依頼するがDr判断で画像調整したものを再提出。再度a判定。その後取り下げ。
29	V	139	81	左肋骨横隔膜角が切れている			○	
30	W	232	212	左上部、左肋骨横隔膜角が切れている			○	
31	X	114	81	右肋骨横隔膜角が切れている		○		